

Zamawiający - Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin
Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) dla Lubelskiego Oddziału
Okręgowego PCK.

Oznaczenie sprawy: LBN/OLiOC/28/2025

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Załącznik nr 3 do IWZ

ZAMAWIAJĄCY:

**Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin**

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamawiającego: **Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża**
2. Oznaczenie sprawy: **LBN/OLiOC/28/2025**
3. Nazwa zamówienia **Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)
dla Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK**
4. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Część I Zakup 15 sztuk fabrycznie nowych półautomatycznych AED, rok produkcji
2025**

Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, objęty pełną gwarancją producenta
Producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium
RP

Technologia wyładowania: dwufazowa, impulsowa, z kompensacją impedancji pacjenta

Energia wyładowania: sekwencja 150 J – 150 J – 200 J

Poziom ochrony IP55

Odporność na upadki minimum 1,22m

Odporność na nacisk 500 kg

Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach
potwierdzone notą techniczną producenta (nie oświadczeniem)

Zakres temperatury pracy min. od 0°C do 50°C oraz krótkotrwała praca do -20°C

Standardowy okres gwarancji producenta na AED minimum 8 lat (z wyłączeniem baterii).

Mile widziana możliwość korzystania z AED jako urządzenia treningowego.

Czas analizy i gotowości do wyładowania nie więcej niż 8 sekund

Wielokolorowe sygnały wizualne oraz wyraźne komunikaty głosowe w języku polskim

Klucz pediatryczny w komplecie

**„Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026”.**

Auto testy: codzienne, sprawdzające stan baterii, elektrod i układów elektronicznych, z optyczną i akustyczną sygnalizacją stanu urządzenia. Specjalny test sprawdzający gotowość elektrod do użycia (wilgotność żelu).

Uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych min 24 miesiące trwałości

Ilość defibrylacji maksymalną energią minimum 200 J z jednej baterii.

Okres gwarancji baterii minimum 4 lata.

Dedykowana walizka / torba transportowa z IP min 67 wraz z dodatkowym wyposażeniem min.:

- Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” – 2 pary
- rękawiczki jednorazowe nitrylowe "M" – 2 pary
- Opaska zaciskowa - 1 szt.,
- Opaska elastyczna 12 cm x 5 m – 1 szt.,
- Mini marker permanentny – 1 szt.
- Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1m² - 1 szt.
- Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu Wojskowy – 1 szt.
- Gaza wypełniająca rolowana – 1 szt.
- Folia NRC (koc termiczny)- 1szt.
- Nożyczki ratownicze metalowe 16,5cm – 1 szt.
- Maski o wysokiej klasie ochronności – 1 szt.
- Maski ochronne 3 warstwowe - 1 szt.
- Maski do RKO– 1 szt.
- Okulary ochronne przeciwdopryskowe zgodne z normą EN-166 – 1 szt.
- Kamizelka odblaskowa - 1szt.
- Latarka czołowa - 1 szt.
- Żel dezynfekujący antybakteryjny 50ml
- Chusteczki do dezynfekcji 70% - 4szt.
- Plastry z opatrunkiem 1,9x7,6cm – 5 szt.
- Worek na odpady medyczne (czerwony) - 1 szt.
- Golarka medyczna - 1 szt.