



Flowpression Boots Pro

FLOWLIFE

Manual

FLOWLIFE


Active lifestyle. Made Possible.

Flowpression Boots Pro



Premium Compression Boots by Flowlife

Flowpression Boots Pro



1. Massage Boots
2. Control Unit
3. Air Hoses
4. Boot Zipper

6 — English
12 — Svenska
18 — Dansk

Flowpression Boots Pro

Operating Instructions

EN

In this document Flowpression is referred as the product or Flowpression Boots Pro.

The product must be used in accordance with the following safety instructions. This is to reduce the risk of fire, electric shock, property damage and personal injury. Read all safety instructions before using Flowpression.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY HAZARD - REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Never have the product plugged into an electrical outlet or other power source when cleaning the product.
- Never use the product near water, such as in a bath, shower, or similar.
- Never place the product anywhere where it risks being pulled into the water.
- Always store the product in a dry place, without contact with water or other liquids.
- Immediately unplug the product if it comes in contact with water.

DANGER - REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK AND PERSONAL INJURY

- Never leave the product unattended after connecting it to a power source.
- The product must (when used) never be covered with fabric or the like. This can lead to overheating and fire, electric shock and personal injury.
- With the conditions that the person in question has been informed about how the product is used in a safe way and about the safety risks stipulated in the safety instructions, children from the age of 13, people with various disabilities and people who do not have knowledge or experience of the product can use the product.
- Never use the product for any other purpose or in any other way than that specified in this safety instruction. The product should only be used for leg massage. Never use product accessories from other than the original manufacturer.
- Never use the product in case of obvious or suspected damage to the product, the charging cord, the plug or the power source. If the product has come into contact with water, been dropped or damaged in any other way, you should always contact customer service for the possibility of inspection and repair. Never use the product until you have read the customer service information and recommendation.
- Never use the product cord as a handle to carry the product.
- Never store the product or cord on hot surfaces.
- Do not unzip the cuffs when using the product. Always turn off the power before

unzipping the cuffs.

- Always be seated when using the product.
- Never insert anything into the product openings.
- Never use the product where aerosol products (spray products) are used or where oxygen is administered.
- Children must not use, clean or maintain the product without the supervision of an adult.
- Never try to repair a broken product on your own. Never open or unscrew the product. In the event of obvious or suspected damage to the product, customer service must always be contacted.
- If the product gets warm; turn it off and let it cool down before you continue using it.

CHARGE YOUR PRODUCT

- Flowpression should only be charged with the charger that comes with the product (12VDC/2A). Never leave product charging unattended. Never charge the product overnight. Connect and remove the charger carefully.

RISK GROUPS

If you belong to any of the following risk groups, ALWAYS consult your doctor before using Flowpression Boots Pro. Only use the product with the approval of your doctor.

- Pregnancy, heart disease, medication *, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, a pacemaker, recent surgery or injury, migraine or epilepsy, herniated disc, vertebral displacement, spondylosis or spondylolysis, recent arthroplasty or insertion of intrauterine inserts, metal pins or plates or other signs of concern about your physical health.

* *if you are taking medication of any kind, please read the package leaflet of your medicine before using Flowgression

RECYCLING AND SAFETY

- Flowpression contains a battery that must be safely returned to a recycling station
- Flowpressions battery is sorted as electronic waste.
- If the battery is exposed to extreme conditions or handled carelessly, it may pose a risk of fire or chemical burns. The battery should not be exposed to temperatures above 50 degrees Celsius. Never disassemble the battery. Never allow children to handle the battery.

INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE AND STORAGE

To use the Flowpression Boots Pro, follow the steps below:

- Find a comfortable position sitting, with your legs lying down or reclined.
- Press the power button on the back of the control unit.
- The Flowpression Boots Pro will start with sequence mode at 60 mmHg intensity on the default setting.
- Choose between strengths from 60-200mmHg, three different modes, and a zone treatment.
- You can choose between 3 program modes, Sequence, Circulation and Combination mode.
- Zone mode: If you want to focus on one specific chamber, click the zone button to choose the treatment area and click the play button to start the treatment.
- Press the -/+ intensity button to control the pressure between 60-200mmHg.
- Press the timer button to control the timer between 15-60 minutes.
- The product will stop its session when the time is up from when you set the timer.
- You can pause the treatment by pressing the PLAY/PAUS button.
- When you press the PLAY button, you only pause the unit. You need to turn off the device with the power button on the back and disconnect the hoses for complete deflation.
- Turn off the control unit by pressing the power button on the back

WARRANTY

If your product breaks within two years from the date of the purchase due to material or manufacturing defects, Flowlife will repair or replace necessary components or the product free of charge. Flowlife AB is not responsible for warranty and return matters for products purchased from another retailer.

The warranty is not valid if:

- The product is damaged by improper handling, misuse, accident or transport
- The product has been subjected to unauthorized repair
- The product has not been used according to the instructions from Flowlife
- The damage exceeds the cost of the product itself
- The product deteriorated after delivery due to abnormal storage conditions
- The dated proof of purchase has not been provided

Electrical specifications:

- Adapter
- AC Input: 100~240 Volts , AC 50/60Hz,
- DC Output: 12V 2A
- Rated power: 24W
- Compression Mode
- 3 Modes: Sequence / Circulation / Combination
- Intensity Levels / 60-200
- Pressure Range: 40-200mmhg
- Time: 15-60 minutes
- Product weight: 2.92 KG
- Package weight: 4.38 KG
- Sleeve Type: 4 - Chambers sleeve
- Foot / Lower Calf / Upper Calf / Thigh

- Battery: 2500mAh Battery Capacity
- 3-4 hours Use time
- 2.5 hours Charge time

Leg Boots Size - Medium

- Inseam: 86cm
- Max Thigh width: 72cm
- Max Foot width: 36cm

Leg Boots Size - Large

- Inseam: 90cm
- Max Thigh width: 80cm
- Max Foot width: 38cm

Flowpression Boots Pro

Driftanvisningar

SV

Flowpression återges i detta dokument som produkt, produkten eller Flowpression Boots Pro.

Produkten måste användas i enlighet med följande säkerhetsanvisningar. Detta för att minska risken för brand, elektriska stötar, egendomsskada och personska- da. Läs samtliga säkerhetsinstruktioner innan du använder Flowpression.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LIVSFARA - MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Ha aldrig produkten inkopplad i eluttaget eller i annan strömkälla vid rengöring av produkten.
- Använd aldrig produkten i nära anslutning till vatten, såsom bad och dusch eller liknande.
- Placera aldrig produkten någonstans där den riskerar att dras ned i vatten.
- Förvara alltid produkten på en torr plats, utan kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Koppla omedelbart ur produkten om den kommit i kontakt med vatten och blivit blöt.

FARA - MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH PERSONSKADOR

- Lämna aldrig produkten utan uppsikt när du har kopplat den till en strömkälla. Produkten ska alltid vara urkopplad ur strömkälla när produkten inte används.
- Produkten får (vid användning) aldrig övertäckas med tyg eller liknande. Detta kan leda till överhettning och vidare brand, elektriska stötar och personskada.
- Med villkoren att denne har blivit informerad om hur produkten används på ett säkert sätt och om de säkerhetsrisker som stipuleras i säkerhetsanvisningarna kan barn från 13 års ålder, personer med olika funktionshinder och personer som inte har kunskap eller erfarenhet av produkten använda produkten.
- Använd aldrig produkten för annat ändamål eller på annat vis än det som stadgas i denna säkerhetsanvisning. Produkten ska endast användas för benmassage. Använd aldrig tillbehör från andra än originaltillverkaren.
- Använd aldrig produkten vid uppenbar eller misstanke om skada på produkten, laddningssladden, kontakten eller strömkällan. Om produkten har kommit i kontakt med vatten, tappats eller skadats på annat vis ska du alltid kontakta kundtjänst för möjlighet till undersökning och reparation. Använd aldrig produkten före det att du tagit del av kundtjänsts information och rekommendation.

- Använd aldrig produktens sladd som ett handtag att bära produkten i.
- Förvara aldrig produktens komponenter på varma ytor.
- Dra upp dragkedjorna innan du sätter på produkten. Stäng alltid av strömmen innan du lossar komponenterna.
- Använd alltid produkten sittandes.
- För aldrig in något i produktens öppningar.
- Använd aldrig produkten där aerosolprodukter (sprayprodukter) används eller där syrgas administreras.
- Barn får inte använda, rengöra eller underhålla produkten utan uppsikt från en vuxen.
- Försök aldrig att på egen hand laga en trasig produkt. Öppna eller skruva aldrig isär produkten. Vid uppenbar eller misstanke om skada på produkten ska kundtjänst alltid kontaktas.
- Om produkten blir varm; stäng av och låt svalna innan fortsatt användning.

LADDNING

- Flowpression ska endast laddas med den laddare som medföljer produkten (12VDC/2A). Lämna aldrig produkt som laddar utan uppsikt. Ladda aldrig produkten över natten. Hantera laddningssladden varsamt när du kopplar in och ur produkten.

RISKGRUPPER

Om du tillhör någon av följande riskgrupper ska du ALLTID rådslå med din läkare före användning av Flowpression. Använd bara produkten efter GODKÄNNANDE från din läkare.

- Graviditet, hjärt- och kärlsjukdomar, medicinering*, diabetes med komplikationer såsom neuropati eller näthinneskada, användning av pacemaker, nylig operation eller skada, migrän eller epilepsi, diskbråck, kotförskjutning, spondylos eller spondylolys, nylig ledplastik eller insättning av intrauterina inlägg, metallstift eller plattor eller andra orostecken rörande din fysiska hälsa. Känner du dig allmänt skör och/eller har en historia av muskelbesvär, ledbesvär eller liknande besvär ska du alltid rådslå med din läkare innan du använder Flowpression.

*vid medicinering av något slag, var god läs bipacksedel tillhörande din medicin före användning av Flowpression.

ÅTERVINNING OCH SÄKERHET

- Flowpression innehåller ett batteri som måste lämnas in på ett säkert sätt till en återvinningsstation. Flowpressions batteri sorteras som elektronikavfall.
- Om batteriet utsätts för extrema förhållanden eller hanteras ovarsamt kan det utgöra en risk för brand eller kemisk brännskada. Batteriet bör inte utsättas för temperaturer högre än 50 grader celsius. Plocka aldrig isär batteriet. Låt aldrig barn hantera batteriet.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Anslut slangenheten med knapparna uppåt.
- Sitt ner med benen i en rak, avslappnad position.
- Öppna dragkedjan och placera fötterna i varje byxben. Dra dragkedjan hela vägen upp innan du startar kompressionsbehandlingen. Starta produkten först efter att du har säkerställt att dragkedjan är helt uppdragna.
- Hitta en bekväm position sittande, med benen platta eller lutande.
- Tryck på strömbrytaren på handkontrollens baksida i 2 sekunder.
- Flowpression Boots Pro startar med 60 mmHg intensitet.
- Välj mellan styrkor från 60-200 mmHg, tre olika lägen och en zonterapi.
- 3 program: Sekvensläge, Cirkulationsläge och Kombinationsläge
- Zonläge: Om du vill fokusera på en specifik kammare, tryck på zonknappen för att välja behandlingsområde och tryck på play-knappen för att starta behandlingen.
- Tryck på +/- intensitetsknappen för att kontrollera trycket mellan 60-200 mmHg.
- Tryck på timerknappen för att ställa in timern mellan 15-60 minuter.
- Produkten stoppar sin session när tiden har gått ut från när du ställer in timern.
- Du kan pausa behandlingen genom att trycka på PLAY/PAUSE-knappen.
- När du trycker på PLAY-knappen pausar du bara enheten. Du måste stänga av enheten med på/av-knappen på baksidan och koppla loss slangarna för effektiv tömning av luft.
- Stäng av kontrollen genom att trycka på på/av-knappen på baksidan.

GARANTI

Om din produkt går sönder inom två år från inköpsdatumet på grund av material- eller tillverkningsfel, kommer Flowlife att reparera eller ersätta nödvändiga komponenter eller produkten kostnadsfritt. Flowlife AB ansvarar inte för garantier och returer av produkter som köpts från en annan återförsäljare.

Denna garanti gäller ej om:

- produkten skadats av felaktig hantering, missbruk, olycka eller transport
- produkten utsatts för obehörig reparation
- produkten inte använts enligt anvisningar från Flowlife
- produkten försämrats efter leverans på grund av onormala förvaringsförhållanden
- skadorna överstiger kostnaden för själva produkten
- det daterade inköpsbeviset inte tillhandahållits

Tekniska specifikationer:

- Adapter
- AC-ingång: 100–240 volt
- DC-utgång: 12V 2A
- Nominell effekt: 24W
- Kompressionsläge
- 3 lägen: Sekvens / Cirkulation / Kombination
- Intensitetsnivåer / 60-200
- Tryckområde: 40-200 mmHg
- Tid: 15-60 minuter
- Produktvikt: 2,92 kg
- Paketvikt: 4,38 kg

- Ärmslagstyp: 4-kammarärm - Fot / Nedre vad / Övre vad / Lår
- Batteri: Batterikapacitet 2500mAh
- Användningstid: 3-4 timmar
- Laddningstid: 2,5 timmar

Storlek på benstövlar - Medium

- Innerbenslängd: 86 cm;
- Max lårvidd: 72 cm
- Max fotbredd: 36 cm

Storlek på benstövlar - Large

- Innerbenslängd: 90 cm;
- Max lårvidd: 80 cm
- Max fotbredd: 38 cm

Flowpression Boots Pro

Betjeningsvejledning

DA

Flowpression Boots Pro benævnes i dette dokument som produkt, produktet eller Flowpression Boots Pro.

Flowpression Boots Pro skal anvendes i overensstemmelse med følgende sikkerhedsforskrifter. Dette er for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød, tingskade og personskade.

Læs alle sikkerhedsinstruktioner, inden du anvender Flowpression Boots Pro.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LIVSFARE – MINDSK RISIKOEN FOR ELEKTRISKE STØD

- Produktet må ikke være tilsluttet stikkontakten eller anden strømkilde under rengøring af produktet.
- Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand, såsom i badet og brusebadet eller lignende.
- Produktet må ikke placeres på et sted, hvorfra det kan trækkes ned i vandet.
- Produktet skal opbevares på et tørt sted uden kontakt med vand eller andre væsker.
- Træk straks stikket til produktet ud af stikkontakten, hvis det kommer i kontakt

FARE – MINDSK RISIKOEN FOR BRANDSKADER, BRAND, ELEKTRISKE STØD OG PERSONSKADER

- Efterlad ikke produktet uden opsyn, når det er tilsluttet en strømkilde.
- Produktet skal altid tages ud af stikkontakten, når dysen skiftes, eller når produktet ikke er i brug.
- Produktet må (ved anvendelse) ikke tildækkes med stof eller lignende. Dette kan medføre overophedning og deraf følgende brand, elektrisk stød og personskade.
- Såfremt der er givet oplysninger om, hvordan produktet anvendes på en sikker måde, og om de sikkerhedsrisici, der er beskrevet i sikkerhedsvejledningen, kan børn fra 13 års-alderen, personer med forskellige funktionshandicaps og personer, som ikke har kendskab til eller erfaring med produktet, anvende produktet.
- Produktet må ikke anvendes til andre formål eller på anden måde end det, der er anført i denne sikkerhedsvejledning. Produktet må kun anvendes til benmassage.
- Der må ikke anvendes tilbehør fra andre end originalproducenten.
- Produktet må ikke anvendes, hvis der er tydelige skader på eller mistanke om skader på produktet, ledningen, kontakten eller strømkilden.
- Hvis produktet har været i kontakt med vand, er blevet tabt eller skadet på anden vis, skal du altid kontakte kundeservice for at få det undersøgt og repareret.
- Produktet må ikke anvendes, før du har modtaget information og anbefalinger fra kundeservice.

- Produktets ledning må ikke bruges som håndtag til at bære produktet i.
- Opbevar aldrig produktet eller ledningen på varme overflader.
- Der må ikke indsættes genstande i produktets åbninger.
- Produktet må ikke bruges på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (sprayprodukter), eller hvor der bruges ilt.
- Børn må ikke anvende, rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn af en voksen.
- Forsøg aldrig på egen hånd at reparere produktet, hvis det er i stykker. Produktet må ikke åbnes eller skilles ad. Hvis der er tydelige skader på eller mistanke om skader på produktet, skal kundeservice altid kontaktes.
- Efter en times brug, skal du vente med at bruge produktet igen i mindst 30 minutter.
- Træk stikket til produktet ud af stikkontakten, inden du anvender produktet.
- Flowpression Boots Pro må kun anvendes på ren og tør hud. Flowpression Boots Pro må kun anvendes på benen.
- Hvis du oplever smerter, ubehag eller negativ effekt, skal du straks afbryde behandlingen.
- Brug aldrig produktet på blå mærker, sår, irritationer, udslæt eller lignende problemer.
- Rådfør dig altid med din læge, inden du anvender produktet, hvis du er usikker.
- Når du anvender Flowpression Boots Pro, kan der opstå blå mærker. Anvend aldrig produktet pådisse områder, men vent, indtil de blå mærker er væk.

RISIKOGRUPPER

- Hvis du tilhører en af følgende risikogrupper, skal du **ALTID** rådføre dig med din læge inden anvendelse af Flowpression Boots Pro. Produktet må først anvendes, når du har fået **GODKENDELSE** fra din læge.
- Graviditet, hjerte-/karsygdomme, brug af medicin*, diabetes med komplikationer såsom nervebetændelse eller nethindesygdom, brug af pacemaker, nylig operation eller skade, migræne eller epilepsi, diskusprolaps, hvirvelforskydning, spondylose eller spondylolyse, nylig udskiftning af led eller indsættelse af intrauterine indlæg, metalstifter eller plader eller andre problemer vedrørende din fysiske sundhed.
- Hvis du generelt føler dig skrøbelig og/eller har en sygdomshistorie med muskelproblemer, ledproblemer eller lignende, skal du altid rådføre dig med din læge, inden du anvender Flowpression Boots Pro.
- * Ved alle former for brug af medicin bedes du læse indlægssedlen til din medicin, inden du anvender Flowpression Boots Pro.

GENBRUG OG SIKKERHED

- Tilslut og fjern kablet forsigtigt (Adapter: DC12V).
- Flowpression Boots Pro skal afleveres på en genbrugsstation som elektronisk affald.
- Undgå at udsætte Flowpression Boots Pro for ekstreme forhold eller temperaturer over 50°C for at forhindre brandfare.
- Skil aldrig Flowpression Boots Pro ad.
- Hold Flowpression Boots Pro uden for børns rækkevidde.

BRUGSANVISNING, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

For at bruge Flowpression Boots Pro, følg disse anvisninger:

- Forbind slangesamlingen med knapperne opad.
- Sæt dig ned med benene i en lige, afslappet position.
- Åbn lynlåsen og placer dine ben i hver støvle. Lyn lynlåsen helt op, før du starter kompressionsterapisessionen. Start kun produktet, efter at du har sikret dig, at lynlåsen er helt lynet.
- Find en behagelig position siddende, med dine ben liggende eller tilbagelænet.
- Tryk på tænd/sluk-knappen på bagsiden af kontrolenheden.
- Flowpression Boots Pro starter med sekvensmodus ved 60 mmHg intensitet som standardindstilling.
- Vælg mellem styrker fra 60-200mmHg, tre forskellige tilstande og en zoneterapi.
- 3 program: Sekvensmodus, Cirkulationsmodus og Combinationsmodus
- Zonemodus: Hvis du vil fokusere på et specifikt kammer, skal du trykke på zone-knappen for at vælge behandlingsområdet og trykke på play-knappen for at starte behandlingen.
- Tryk på +/- intensitetsknappen for at kontrollere trykket mellem 60-200mmHg.
- Tryk på timerknappen for at indstille timeren mellem 15-60 minutter.
- Produktet stopper sin session, når tiden er udløbet sammenlignet med, når du indstiller timeren.
- Du kan pause behandlingen ved at trykke på PLAY/PAUSE-knappen.
- Når du trykker på PLAY-knappen, pauser du kun enheden. Du skal slukke enheden med tænd/sluk-knappen på bagsiden og afbryde slangerne for fuldstændig tømning.
- Sluk kontrolenheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen på bagsiden.

GARANTI

Hvis dit produkt går i stykker inden for to år fra købsdatoen på grund af material- eller fabrikationsfejl, vil Flowlife reparere eller erstatte nødvendige komponenter eller produktet uden beregning. Flowlife AB er ikke ansvarlig for garantier og returnering af produkter, der er købt fra en anden forhandler.

Denne garanti gælder ikke, hvis:

- produktet er blevet beskadiget af forkert håndtering, misbrug, ulykke eller transport
- produktet har været udsat for uautoriseret reparation
- produktet ikke er blevet anvendt i henhold til anvisninger fra Flowlife
- produktet er forringet efter levering på grund af unormale opbevaringsforhold
- skaderne overstiger omkostningerne ved selve produktet
- det daterede købsbevis ikke er blevet fremlagt

Tekniske Specifikationer:

- Adapter
- AC-indgang: 100-240 volt
- DC-udgang: 12V 2A
- Nominel effekt: 24W
- Kompressionsmode
- 3 tilstande: Sekvens / Cirkulation / Kombination
- Intensitetsniveauer / 60-200
Trykområde: 40-200 mmHg
- Tid: 15-60 minutter
- Produktvægt: 2,92 kg
- Pakkevægt: 4,38 kg

- Ærmetrype: 4-kammerærme - Fod /
Nedre læg / Øvre læg / Lår
- Batteri: Batterikapacitet 2500mAh
- Brugstid: 3-4 timer
- Opladningstid: 2,5 timer

Størrelse på benstøvler - Medium

- Indersøm: 86 cm;
- Maksimal lårvidde: 72 cm
- Maksimal fodbredde: 36 cm

Størrelse på benstøvler - Large

- Indersøm: 90 cm;
- Maksimal lårvidde: 80 cm
- Maksimal fodbredde: 38 cm

A black and white photograph showing the back and waist of a person. The skin is wet, with many small water droplets visible, especially on the lower back and waist area. The person is wearing a dark, possibly black, strapless top or sports bra. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the wet skin.

Flowlife.com
Luntmakargatan 90
113 51 Stockholm
hello@flowlife.com